

Số: /TMBG-BVĐK

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc sửa chữa, thay thế biến áp nguồn T1 tủ kỹ thuật ICS của hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, Model: Magnetom Esenza, Tim + Dot, hãng sản xuất SIEMENS

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ.

Căn cứ thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 quy định một số nội dung đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ tình trạng lỗi trong quá trình sử dụng của hệ thống chụp cộng hưởng từ Magnetom Esenza, Tim + Dot đã được kiểm tra và đánh giá;

Để có căn cứ xây dựng giá gói **sửa chữa, thay thế biến áp nguồn T1 tủ kỹ thuật ICS của hệ thống chụp cộng hưởng từ Magnetom Esenza, Tim + Dot** cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Kính đề nghị các Công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ cung cấp báo giá, cụ thể như sau:

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua dịch vụ không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí.

Thời hạn gửi báo giá: trước 17h00 ngày 05 tháng 9 năm 2022.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm quét PDF (Đã đóng dấu và gửi qua Email).

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư -TTBYT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ: Thôn Đại Sơn; xã Hợp Thành; huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin liên hệ: Ông Bùi Mạnh Ước Trưởng phòng Vật tư-TTBYT; số điện thoại: 0986123321 – email: buimanhuoc@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đăng: Website BV
- BGĐ, VT-TTBYT, TCKT;
- Lưu Văn thư.

GIÁM ĐỐC

Trương Quý Trường

Mẫu báo giá

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TMBG-BVĐK, ngày / 8 /2022
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

CÔNG TY

Số giấy đăng ký kinh doanh:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Người liên hệ: Điện thoại: Email:.....

BẢNG BÁO GIÁ

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau:

STT	TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (VAT)	THÀNH TIỀN (VAT)
1	Biến áp nguồn T1 tủ kỹ thuật ICS của hệ thống chụp cộng hưởng từ Magnetom Esenza, Tim + Dot	Bộ	1		
	<u>Thông số kỹ thuật:</u> - Mới sản xuất năm 2022 - Điện áp đầu vào: 380V/460V - Điện áp đầu ra: 24V-60VA / 230V – 360VA ; - Tần số : 50/60Hz - Hệ thống cách nhiệt : 416-180 - Lớp cách nhiệt : 180°C - Độ tăng nhiệt độ cho phép : 80°C - Tương thích với tủ kỹ thuật ICS của hệ thống chụp cộng hưởng từ Magnetom Esenza, Tim + Dot.				
	Tổng:				